

П Р О Т О К О Л

№ VII - 17 -51...../19.03.2018 г.

Изготвен в съответствие с Раздел VIII от ППЗОП за работата на комисията назначена със Заповед № VII-17-26/03.11.2017 г. и Заповед № VII-17-45/15.01.2018 г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура за сключване на договор с предмет: **“Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции”**, открита с Решение № VII-17-2/27.09.2017 г.

Със заповед № VII-17-45/15.01.2018 г. на Възложителя, във връзка с чл.51, ал.4, т.4 от ППЗОП, по предложение на Председателя на комисия бе извършена замяна на член на комисията Аделина Михайлова, ползваща отпуск по болничен, с Григор Манчев – гл. юрисконсулт, който подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията присъства в състав, както следва:

Председател: Снежана Ранчова – главна мед.сестра

Членове: Даниела Бранкова – старша мед.сестра в Операционен блок
Надя Чалкова – старша мед.сестра в Клиника по хирургия
Любимка Минчева – старша мед.сестра в Клиника по кардиохирургия
Григор Манчев – гл. юрисконсулт
Ралица Туйкова – експерт в отдел „Обществени поръчки“
Дафинка Некова – счетоводител

I. Комисията продължи своята работа на 16.01.2018 г. и след подробно запознаване с приложените описателни брошури, каталози и мостри изготви експертно становище от членовете на комисията за оценка на качеството на предложените медицински изделия на допуснатите участници по обявените от Възложителя критерии за оценяване на качеството. Изготвеното експертното становище е неделима част от настоящия протокол, **Приложение № 1**. Комисията продължи с определяне на оценка на техническите предложения на допуснатите участници по утвърдената методика на Възложителя, а именно икономически най-изгодната оферта с Показател качеството на предложените медицински изделия, с максимален брой точки – 40 т. За оценката на техническите предложения беше съставена таблица, **Приложение № 2**, неделима част от настоящия протокол.

II. Комисията реши отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 19.01.2018 г. в 10.00 ч. в административната сграда на Болница „Лозенец“. Обявление за отварянето на ценовите предложения бе публикувано на 16.01.2018 г. в „Профила на купувача“ и „Новини“ в сайта на Университетска болница „Лозенец“.

III. На 19.01.2018 г. в 10.00 часа, комисията в пълен състав продължи работата си с публично заседание. Заседанието се ръководи от председателя на комисията.

На заседанието не присъстваха упълномощени представители на участниците.

Комисията отвори пликите с предлагани ценови параметри на допуснатите участници по реда на подаване на офертите. При отваряне на ценовите оферти Председателят на Комисията оповести предлаганите цени. С това Комисията приключи заседанието.

IV. Комисията, в пълния си състав, продължи работата си в закрито заседание и разгледа ценовите предложения на участниците.

1. Комисията установи, че ценовото предложение на участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД за обособена позиция II „Спринцовки“ надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция, която е максимално допустима.

Комисията РЕШИ:

Водена от горното Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции”** за обособена позиция II „Спринцовки“.

Мотиви:

Участникът „Б. Браун Медикал“ ЕООД е представил ценово предложение за обособена позиция № II „Спринцовки“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 1.6. от **Раздел I Предмет на обществената поръчка** от документацията, а именно: „Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособена позиция е максимално допустима и оферти с ценово предложение над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата“.

2. Комисията установи, че ценовото предложение на участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД за обособена позиция VI „Стерилни ланцети“ надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция, която е максимално допустима.

Комисията РЕШИ:

Водена от горното Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции”** за обособена позиция VI „Стерилни ланцети“.

Мотиви:

Участникът „Б. Браун Медикал“ ЕООД е представил ценово предложение за обособена позиция № VI „Стерилни ланцети“, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 1.6. от **Раздел I Предмет на обществената поръчка** от документацията, а именно: „Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособена позиция е максимално допустима и оферти с ценово предложение над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата“.

3. Комисията установи, че ценовото предложение на участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД за обособена позиция XXVIII „Стерилни превръзки за периферен венозен катетър“ надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция, която е максимално допустима.

Комисията РЕШИ:

Водена от горното Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на общоболнични медицински**

изделия и консумативи по обособени позиции” за обособена позиция XXVIII „Стерилни превръзки за периферен венозен катетър”.

Мотиви:

Участникът „Б. Браун Медикал” ЕООД е представил ценово предложение за обособена позиция № XXVIII „Стерилни превръзки за периферен венозен катетър”, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 1.6. от **Раздел I Предмет на обществената поръчка** от документацията, а именно: „Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособена позиция е максимално допустима и оферти с ценово предложение над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата”.

4. Комисията установи, че ценовото предложение на участника „Химтекс“ ООД за обособена позиция VI „Стерилни ланцети” надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция, която е максимално допустима.

Комисията РЕШИ:

Водена от горното Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника „Химтекс“ ООД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции”** за обособена позиция VI „Стерилни ланцети”.

Мотиви:

Участникът „Химтекс“ ООД е представил ценово предложение за обособена позиция № VI „Стерилни ланцети”, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 1.6. от **Раздел I Предмет на обществената поръчка** от документацията, а именно: „Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособена позиция е максимално допустима и оферти с ценово предложение над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата”.

5. Комисията установи, че ценовото предложение на участника „Софарма трейдинг“ АД за обособена позиция XXV “Предпазни очила” надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция, която е максимално допустима.

Комисията РЕШИ:

Водена от горното Комисията, на основание чл. 107, т. 2 буква „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани участника „Софарма трейдинг“ АД от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени позиции”** за обособена позиция XXV “Предпазни очила”.

Мотиви:

Участникът „Софарма трейдинг“ АД е представил ценово предложение за обособена позиция № XXV “Предпазни очила”, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката в т. 1.6. от **Раздел I Предмет на обществената поръчка** от документацията, а именно: „Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособена позиция е максимално допустима и оферти с ценово предложение над посочената максимална прогнозна стойност за съответната обособена позиция ще бъдат отстранявани от участие в процедурата”.

6. Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите участници и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, извърши проверка за наличие на предложение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по показателя за оценка – „Предложена цена“.

Комисията установи, че са налични обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП в следните случаи:

- ценовото предложение на участника „Софарма трейдинг“ АД за обособена позиция IX “Банки тип торбичка за урина” е по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници;
- ценовото предложение на участника „Софарма трейдинг“ АД за обособена позиция XXII “Еднократно стерилно и нестерилно облекло” е по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници.
- ценовото предложение на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД за обособена позиция XXI “Стерилни сетове за покриване” е по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Комисията с писма изиска от участниците „Софарма трейдинг“ АД и „Елпак-лизинг“ ЕООД да представят в 5-дневен срок от получаване на искането подробна писмена обосновка за начина на образуването на ценовото си предложение.

V. Комисията, в пълния си състав, продължи работата си в закрито заседание на 24.01.2018 г. и разгледа получените в срок писмени обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от участниците „Софарма трейдинг“ АД и „Елпак-лизинг“ ЕООД, както следва:

1. Обосновката на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД е получена в срок, с писмо VII-17-48/22.01.2018 г. Получената обосновка се отнася до обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, а именно:

- участникът „Елпак-лизинг“ ЕООД е официално оторизиран представител за България за предложените продукти на фирмата производител;
- директната доставка от производителя, без допълнителни посредници по веригата, води до постигане на минимална цена на стоката
- участникът има специални договорености с производителя, които позволяват предлагането на тези изделия на преференциална за България цена и допълнително договорени тръжни цени за провежданата процедура;
- работа с максимален брой клиенти, с максимално широк спектър от оборудване на минимална печалба;
- начисляване на минимална надценка, която да покрие разходите по доставка до болницата;
- наличие на собствен специализиран транспорт и собствени офиси и складови бази в страната позволяват доставките да се извършат с минимални разходи, без допълнително оскъпяване;
- използване на собствен финансов ресурс, без ползване на банкови и други кредити, които да оскъпят с лихвите си предлаганите стоки;
- участникът не получава държавна помощ.

Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност, относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Комисията реши, че представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена и прие обосновката на участника „Елпак-лизинг“ ЕООД.

2. Обосновката на участника „Софарма трейдинг“ АД е получена в срок, с писмо VII-17-49/23.01.2018 г. Получената обосновка се отнася до обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, а именно:

- участникът „Софарма трейдинг“ АД ползва изключително добри търговски условия за доставка на оферираните медицински изделия по сключени договори и споразумение със съответните производители, поради което участникът потвърждава оферираните цени за обособени позиции IX “Банки тип торбичка за урина” и XXII “Еднократно стерилно и нестерилно облекло”;

- участникът се ползва с изключителни условия като дистрибутор за фирмите-производители;

- участникът е оторизиран дистрибутор на фирмите-производители, което позволява формиране на цените към крайните клиенти такива, че да се постигне увеличаване на оборота и налагане на пазара на медицинските изделия.

Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Комисията реши, че представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена и прие обосновката на участника „Софарма трейдинг“ АД.

VI. Комисията продължи работата си в закрито заседание на 15.03.2018 г. и извърши оценка на допуснатите ценови предложения по обявената от Възложителя методика въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество /цена“ с показатели:

Показател 1 (П₁) – „Качество на предложеното медицинско изделие/консуматив“ с относителна тежест 40 % в общата оценка на офертата и с максимален брой точки – 40 т.

Показател 2 (П₂) – „Предложена цена“ с относителна тежест 60 % в общата оценка на офертата и с максимален брой точки – 60 т.

Комисията нанесе резултатите от оценяването в таблици Приложение № 3, неразделна част от настоящия протокол.

VII. Комисията извърши класиране по обособени позиции, както следва:

по Обособена позиция I: Консуматив еквивалентен за работа с инфузионни помпи SPACE:
на първо място се класира участникът „Медилон“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция II: Спринцовки:

на първо място се класира участникът “Медицинска Техника Инженеринг” ООД с 83.04 точки;

на второ място се класира участникът “Софарма Трейдинг” АД с 80.00 точки;

на трето място се класира участникът „Агарта-ЦМ“ ЕООД със 75.35 точки;

по Обособена позиция III: Игли за медицинска употреба:

на първо място се класира участникът „Агарта-ЦМ“ ЕООД със 100.00 точки;

на второ място се класира участникът “Медицинска Техника Инженеринг” ООД с 94.08 точки;

по Обособена позиция IV: Принадлежности за съдов достъп и трансфузия:

на първо място се класира участникът „Б. Браун Медикал” ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция V: Аспирационна канюла:

на първо място се класира участникът „Б. Браун Медикал” ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция VI: Стерилни ланцети:

на първо място се класира участникът “Медицинска Техника Инженеринг” ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция VII: Скалпели:

на първо място се класира участникът „Юнимедика“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция VIII: Затворена система за измерване на урина:

на първо място се класира участникът „Б. Браун Медикал” ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция IX: Банки тип торбичка за урина:

на първо място се класира участникът “Медицинска Техника Инженеринг” ООД с 83.50 точки;

на второ място се класира участникът “Софарма Трейдинг” АД с 80.00 точки;

на трето място се класира участникът „Б. Браун Медикал” ЕООД със 78.67 точки;

на четвърто място се класира участникът “Юнимедика” ЕООД със 71.18 точки;

на пето място се класира участникът „Агарта-ЦМ“ ЕООД с 65.79 точки;

по Обособена позиция X: Торби за външна аспирация:

на първо място се класира участникът „Медилон” ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XI: Сетове за операционна аспирация:

на първо място се класира участникът „Фьоникс Фарма“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XII: Дренажи:

на първо място се класира участникът „Медицинска техника инженеринг” ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XIII: Сонди:

на първо място се класира участникът „Медицинска техника инженеринг” ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XIV: Сонди специални:

на първо място се класира участникът „Медицинска техника инженеринг” ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XV: Хирургически ръкавици –нестерилни:

на първо място се класира участникът „Агарта-ЦМ“ ЕООД със 100.00 точки;

на второ място се класира участникът „Б. Браун Медикал” ЕООД с 97.36 точки;

на трето място се класира участникът “Юнимедика” ЕООД с 97.20 точки;

на четвърто място се класира участникът „Химтекс“ ООД с 96.51 точки;

на пето място се класира участникът „Елпак – лизинг“ ЕООД с 53.10 точки;

по Обособена позиция XVI: Стерилни хирургични ръкавици:

на първо място се класира участникът „Юнимедика“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XVII: Катетри:

на първо място се класира участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XVIII: Маски:

на първо място се класира участникът „РСР“ ЕООД със 100.00 точки;

на второ място се класира участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД с 83.93 точки;

по Обособена позиция XIX: Шапки, маски, стерилни изделия:

на първо място се класира участникът „Юнимедика“ ЕООД със 100.00 точки;

на второ място се класира участникът „Софарма Трейдинг“ АД с 84.06 точки;

по Обособена позиция XX: Фолио за оперативно поле:

на първо място се класира участникът „Фьоникс Фарма“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXI: Стерилни сетове за покриване:

на първо място се класира участникът „Прохелт“ ЕООД със 72.85 точки;

на второ място се класира участникът „Булмар МЛ“ ООД със 72.84 точки;

на трето място се класира участникът „Софарма Трейдинг“ АД със 70.13 точки;

на четвърто място се класира участникът „Елпак – лизинг“ ЕООД със 70.00 точки;

по Обособена позиция XXII: Еднократно стерилно и нестерилно облекло:

на първо място се класира участникът „Софарма трейдинг“ АД със 100.00 точки;

на второ място се класира участникът „Булмар МЛ“ ООД със 73.15 точки;

на трето място се класира участникът „Прохелт“ ЕООД с 65.19 точки;

по Обособена позиция XXIV: Тупфери, ленти:

на първо място се класира участникът „Софарма трейдинг“ АД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXV: Предпазни очила:

на първо място се класира участникът „Юнимедика“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXVI: Електроди:

на първо място се класира участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД със 100.00 точки;

на второ място се класира участникът „Софинформпродукт – Грозданов“ ЕООД с 95.98 точки;

по Обособена позиция XXVII: Стерилен силно абсорбиращ компрес:

на първо място се класира участникът „Прохелт“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXVIII: Стерилни превръзки за периферен венозен катетър:

на първо място се класира участникът „Софарма трейдинг“ АД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXIX: Разни медицински консумативи:

на първо място се класира участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXX: Специален чаршаф:

на първо място се класира участникът „Софарма трейдинг“ АД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXXII: Устройство за дихателна гимнастика:

на първо място се класира участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXXIII: Нестерилни полиамидни конци:

на първо място се класира участникът „Софарма трейдинг“ АД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXXIV: Хемостатични гъби:

на първо място се класира участникът „Авторент-1“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXXV: Антибактериална подложка:

на първо място се класира участникът „Юнимедика“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XXXVI: Превързочни сетове и консумативи еквивалентни за вакуум система RENASYS:

на първо място се класира участникът „Екос Медика“ ООД със 100.00 точки.

VIII. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място участници, по обособени позиции, както следва:

за Обособена позиция I: Консуматив еквивалентен за работа с инфузионни помпи SPACE – участника „Медилон“ ЕООД;

за Обособена позиция II: Спринцовки – участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД;

за Обособена позиция III: Игли за медицинска употреба – участника „Агарта-ЦМ“ ЕООД;

за Обособена позиция IV: Принадлежности за съдов достъп и трансфузия – участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД;

за Обособена позиция V: Аспирационна каниола – участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД;

за Обособена позиция VI: Стерилни ланцети – участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД;

за Обособена позиция VII: Скалпели – участника „Юнимедика“ ЕООД;

за Обособена позиция VIII: Затворена система за измерване на урина – участника „Б. Браун Медикал“ ЕООД;

за Обособена позиция IX: Банки тип торбичка за урина – участника „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД;

за Обособена позиция X: Торби за външна аспирация – участника „Медилон” ЕООД;

за Обособена позиция XI: Сетове за операционна аспирация – участника „Фьоникс Фарма“ ЕООД;

за Обособена позиция XII: Дренажи – участника „Медицинска техника инженеринг” ООД;

за Обособена позиция XIII: Сонди – участника „Медицинска техника инженеринг” ООД;

за Обособена позиция XIV: Сонди специални – участника „Медицинска техника инженеринг” ООД;

за Обособена позиция XV: Хирургически ръкавици–нестерилни – участника „Агарта-ЦМ“ ЕООД;

за Обособена позиция XVI: Стерилни хирургични ръкавици – участника „Юнимедика“ ЕООД;

за Обособена позиция XVII: Катетри – участника „Медицинска техника инженеринг” ООД;

за Обособена позиция XVIII: Маски – участника „РСР“ ЕООД;

за Обособена позиция XIX: Шапки, маски, стерилни изделия – участника „Юнимедика“ ЕООД;

за Обособена позиция XX: Фолио за оперативно поле – участника „Фьоникс Фарма“ ЕООД;

за Обособена позиция XXI: Стерилни сетове за покриване – участника „Прохелт” ЕООД;

за Обособена позиция XXII: Еднократно стерилно и нестерилно облекло – участника „Софарма трейдинг“ АД;

за Обособена позиция XXIV: Тупфери, ленти – участника „Софарма трейдинг“ АД;

за Обособена позиция XXV: Предпазни очила – участника „Юнимедика“ ЕООД;

за Обособена позиция XXVI: Електроди – участника „Медицинска техника инженеринг” ООД;

за Обособена позиция XXVII: Стерилен силно абсорбиращ компрес – участника „Прохелт” ЕООД;

за Обособена позиция XXVIII: Стерилни превръзки за периферен венозен катетър – участника „Софарма трейдинг“ АД;

за Обособена позиция XXIX: Разни медицински консумативи – участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД;

за Обособена позиция XXX: Специален чаршаф – участника „Софарма трейдинг“ АД;

за Обособена позиция XXXII: Устройство за дихателна гимнастика – участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД;

за Обособена позиция XXXIII: Нестерилни полиамидни конци – участника „Софарма трейдинг“ АД;

за Обособена позиция XXXIV: Хемостатични гъби – участника „Авторент-1“ ЕООД;

за Обособена позиция XXXV: Антибактериална подложка – участника „Юнимедика“ ЕООД;

за Обособена позиция XXXVI: Превързочни сетове и консумативи еквивалентни за вакуум система RENASYS – участника „Екос Медика“ ООД.

С това Комисията приключи своята работа в законовия срок, изготви доклад за работата си и предаде Доклада, заедно с протоколите и документите на Възложителя за произнасяне с Решение по реда на чл. 108, ал. 1 от ЗОП.

Решенията на комисията бяха взети с мнозинство, нямаше изразени особени мнения от член на комисията.

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранчова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалкова

..... Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Некова

ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ

от

Комисия в състав:

Председател: Снежана Ранчова – главна мед.сестра

Членове: Даниела Бранкова – старша мед.сестра в Операционен блок

Надя Чалъкова – старша мед.сестра в Клиника по хирургия

Любимка Минчева – старша мед.сестра в Клиника по кардиохирургия

Григор Манчев – главен юрисконсулт

Ралица Туйкова – експерт в отдел „Обществени поръчки“

Дафинка Некова – счетоводител

**Относно оценка за качеството на предложените медицински изделия и
консумативи на участниците в процедура с предмет:**

**“Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи по обособени
позиции”,**

открита с Решение № VII-17-2/27.09.2017 г.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция I - Консуматив еквивалентен за работа с инфузионни помпи SPACE:

A. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие отговаря едновременно следните условия:

A. 40 точки се присъждат, когато предложението от участника консуматив изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация);
- максимално щадящ за пациента: интегрирани елементи за защита от навлизане на въздух в пациента;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: лесно и бързо обезвъздушаване на системата без прокапване при обезвъздушаване, съвместимост на елементите в инфузионната терапия;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване, стерилна опаковка без DENP.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на консуматива, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация);
- максимално щадящ за пациента: интегрирани елементи за защита от навлизане на въздух в пациента.

В. 10 точки се присъждат, когато предложението от участника консуматив изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация).

- **„Медилон” ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя Б.Браун Мелзунген и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие и предоставят сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация). Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните консумативи отговарят на завишените критерии за осъществяване на лечение, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Те са с интегрирани елементи за защита от навлизане на въздух в пациента и са максимално щадящи за пациента.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните продукти са напълно адаптирани към наличната материално-техническа база. В Болница „Лозенец“ оферираните продукти са добре познати и с тях се работи рутинно. Те дават възможност за бързо обезвъздушаване на системата без прокапване при обезвъздушаване, съвместимост на елементите в инфузионната терапия. Въз основа на знанията и професионалния опит и практическото използване на голяма част от оферираните продукти и извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество: използвани материали за изработка, здравина и надеждност считаме, че оферираните медицински изделия и консумативи отговарят в най-голяма степен на изискванията на Възложителя.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните продукти са в индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване, стерилна опаковка без DEHP. Опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба.

**Оценка за качеството на предложените медицински изделия на
участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за
Обособена позиция II - Спринцовки:**

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация). Устойчивост на агресивни медикаменти и липиди;

- максимално щадящ за пациента: прецизна градуировка за точно дозиране.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: лесно и бързо обезвъздушаване без прокапване. Съвместимост на елементите в инфузионната терапия, позволяващи бърза и сигурна свързаност на отделните елементи;

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване. Стерилна опаковка без DEHP.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация). Устойчивост на агресивни медикаменти и липиди;

- максимално щадящ за пациента: прецизна градуировка за точно дозиране.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация). Устойчивост на агресивни медикаменти и липиди.

- **„Б. Браун Медикал” ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

Предложените от участника консумативи са на производителя Б.Браун Мелзунген и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие и предоставят сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация) и имат устойчивост на агресивни медикаменти и липиди. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните консумативи отговарят на завишените критерии за осъществяване на лечение, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Те са с прецизна градуировка за точно дозиране и са максимално щадящи за пациента.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

Те дават възможност за лесно и бързо обезвъздушаване без прокапване и осигуряват съвместимост на елементите в инфузионната терапия, позволяваща бърза и сигурна свързаност на отделните елементи.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните продукти са в индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване, стерилна опаковка без DEHP. Опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба.

- **„Медицинска техника инженеринг“ ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя KDM, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие и предоставят сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация) и имат устойчивост на агресивни медикаменти и липиди. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните консумативи отговарят на завишените критерии за осъществяване на лечение, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Те са с прецизна градуировка за точно дозиране и са максимално щадящи за пациента.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Те дават възможност за лесно и бързо обезвъздушаване без прокапване и осигуряват съвместимост на елементите в инфузионната терапия, позволяваща бърза и сигурна свързаност на отделните елементи.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните продукти са в индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване, стерилна опаковка без DEHP. Опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба.

- **„Софарма трейдинг“ АД – Б. 20 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Vogt Medical Vertrieb GmbH и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие и предоставят сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация) и имат устойчивост на агресивни медикаменти и липиди. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и задоволяват Възложителя по отношение на качество.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните консумативи отговарят на критерии за осъществяване на лечение, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Те са с прецизна градуировка за точно дозиране и са максимално щадящи за пациента.

- **предлаганото медицинско изделие не осигурява ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Въз основа на практически извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество Комисията констатира, че при манипулация лесно се изважда буталото от тялото на спринцовката, което води до риск от прокапване, нарушаване на стерилността и загуба на медикамент.

- **„Агарта-ЦМ“ ЕООД – Б. 20 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Chirana и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие и предоставят сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация) и имат устойчивост на агресивни медикаменти и липиди. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и задоволяват Възложителя по отношение на качество.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните консумативи отговарят на критерии за осъществяване на лечение, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Те са с прецизна градуировка за точно дозиране и са максимално щадящи за пациента.

- **предлаганото медицинско изделие не осигурява ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Въз основа на практически извършените с тях опити и тестове по отношение на тяхното качество Комисията констатира, че при манипулация лесно се изважда буталото от тялото на спринцовката, което води до риск от прокапване, нарушаване на стерилността и загуба на медикамент.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция III - Игли за медицинска употреба:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: сигурност при инжектиране (без теч, без прокапване, без микробна контаминация);
- максимално щадящ за пациента: заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: съвместимост на елементите в инфузионната терапия – позволяващи бърза и сигурна свързаност на отделните елементи ;
- упаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: индивидуална, ясно цветово маркирана за лесно разпознаване; стерилна опаковка без DEHP; Цветово кодиране при различните размери медицински изделия.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: сигурност при инжектиране (без теч, без прокапване, без микробна контаминация);
- максимално щадящ за пациента: заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: сигурност при инжектиране (без теч, без прокапване, без микробна контаминация).

- **„Медицинска техника инженеринг” ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя KDM, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие и осигуряват сигурност при инжектиране (без теч, без прокапване, без микробна контаминация). Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните консумативи отговарят на завишените критерии за осъществяване на лечение, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Те са с заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните продукти дават възможност за съвместимост на елементите в инфузионната терапия – позволяващи бърза и сигурна свързаност на отделните елементи.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните продукти са в индивидуална, ясно, цветово маркирана за лесно разпознаване, стерилна опаковка без ДЕНР. Има цветово кодиране при различните размери медицински изделия.

- **„Агарта-ЦМ“ ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Chirana и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие и осигуряват сигурност при инжектиране (без теч, без прокапване, без микробна контаминация). Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните консумативи отговарят на завишените критерии за осъществяване на лечение, заложи в съответните Медицински стандарти и приетите протоколи за добра клинична практика. Те са с заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните продукти дават възможност за съвместимост на елементите в инфузионната терапия – позволяващи бърза и сигурна свързаност на отделните елементи.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните продукти са в индивидуална, ясно, цветово маркирана за лесно разпознаване, стерилна опаковка без DEHP. Има цветово кодиране при различните размери медицински изделия.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция IV - Принадлежности за съдов достъп и трансфузия:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация, без опасност от убождане за персонала). Устойчивост на агресивни медикаменти и липиди.

- максимално щадящ за пациента: Интегрирани елементи за защита от навлизане на въздух в пациента и предпазване от убождания. Катетрите да са от щадящ за пациента материал. При консумативите за убождане – заточване, позволяващо безпроблемно приложение на изделието.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: Лесно и бързо обезвъздушаване на системата без прокапване при обезвъздушаване. Съвместимост на елементите в инфузионната терапия – позволяващи бърза и сигурна свързаност на отделните елементи. Елементи, улесняващи правилното позициониране на консуматива.

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: Индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване. Стерилна опаковка без ДЕНР. Цветово кодиране при различните размери медицински изделия.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация, без опасност от убождане за персонала). Устойчивост на агресивни медикаменти и липиди.

- максимално щадящ за пациента: Интегрирани елементи за защита от навлизане на въздух в пациента и предпазване от убождания. Катетрите да са от щадящ за пациента материал. При консумативите за убождане – заточване, позволяващо безпроблемно приложение на изделието.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация, без опасност от убождане за персонала). Устойчивост на агресивни медикаменти и липиди.

- **„Б. Браун Медикал” ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Б.Браун Мелзунген, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те дават сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация, без опасност от убождане за персонала) и са устойчиви на агресивни медикаменти и липиди. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните консумативи са с интегрирани елементи за защита от навлизане на въздух в пациента и предпазване от убождания. Катетрите са от щадящ за пациента материал. При консумативите за убождане има заточване, позволяващо безпроблемно приложение на изделието.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните продукти осигуряват лесно и бързо обезвъздушаване на системата, без прокапване при обезвъздушаването. Има съвместимост на елементите в инфузионната терапия – позволяващи бърза и сигурна свързаност на отделните елементи. Елементите улесняват правилното позициониране на консуматива.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните продукти са в индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване стерилна опаковка без ДЕНР. Има цветово кодиране при различните размери медицински изделия.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция V - Аспирационна канюла:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация, без опасност от убождане за персонала). Устойчивост на агресивни медикаменти.

- максимално щадящ за пациента: Интегрирани елементи за филтриране на входящия въздух и предпазване от убождания. Интегрирани елементи за филтриране от твърди частици и бактерии на подготвения разтвор.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: Лесно и бързо боравене с изделието без прокапване. Съвместимост на елементите в инфузионната терапия – позволяващи бърза и сигурна свързаност на отделните елементи. Елементи, улесняващи правилното позициониране на консуматива. Цветово кодиране на различните видове изделия.

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: Индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване. Стерилна опаковка без ДЕНР;

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация, без опасност от убождане за персонала). Устойчивост на агресивни медикаменти.

- максимално щадящ за пациента: Интегрирани елементи за филтриране на входящия въздух и предпазване от убождания. Интегрирани елементи за филтриране от твърди частици и бактерии на подготвения разтвор.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация, без опасност от убождане за персонала). Устойчивост на агресивни медикаменти.

- **„Б. Браун Медикал” ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Б.Браун Мелзунген, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те дават сигурност на инфузията (без теч, без прокапване, без микробна контаминация, без опасност от убождане за персонала) и имат устойчивост на агресивни медикаменти. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните консумативи са с интегрирани елементи за филтриране на входящия въздух и предпазване от убождания. Оферираните консумативи са с интегрирани елементи за филтриране от твърди частици и бактерии на подготвения разтвор.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните продукти осигуряват лесно и бързо боравене с изделието без прокапване, съвместимост на елементите в инфузионната терапия – позволяващи бърза и сигурна свързаност на отделните елементи. Елементите им улесняват правилното позициониране на консуматива. Има цветово кодиране на различните видове изделия.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните продукти са в индивидуална, ясно маркирана, за лесно разпознаване, стерилна опаковка без DEHP.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция VI „Стерилни ланцети”:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Еднократни, здрави със прецизни остриета от неръждаема стомана. Със заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието.

- максимално щадящ за пациента: Атравматично разрязване на тъканта, без да наранява околна тъкан.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: опаковка, позволяваща бързо и лесно отваряне.

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Еднократни, здрави със прецизни остриета от неръждаема стомана. Със заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието.

- максимално щадящ за пациента: Атравматично разрязване на тъканта, без да наранява околна тъкан.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Еднократни, здрави със прецизни остриета от неръждаема стомана. Със заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието.

- **„Б. Браун Медикал” ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Б.Браун Мелзунген, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те са еднократни, със здрави прецизни остриета от неръждаема стомана и със заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните консумативи осигуряват атравматично разрязване на тъканта, без да нараняват околната тъкан.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на оферираните продукти позволява бързо и лесно отваряне.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на медицинските изделия позволява лесен и бърз достъп за употреба.

- **„Медицинска техника инженеринг” ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

Предложените от участника консумативи са на производителя Heinz Herentz, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те са еднократни, със здрави прецизни остриета от неръждаема стомана и със заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните консумативи осигуряват атравматично разрязване на тъканта, без да нараняват околната тъкан.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

Опаковката на оферираните продукти позволява бързо и лесно отваряне.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

Опаковката на медицинските изделия позволява лесен и бърз достъп за употреба.

- **„Химтекс“ ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Карл Хехт и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те са еднократни, със здрави прецизни остриета от неръждаема стомана и със заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и удовлетворяват Възложителя по отношение на качество в най-висока степен.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните консумативи осигуряват атравматично разрязване на тъканта, без да нараняват околната тъкан.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на оферираните продукти позволява бързо и лесно отваряне.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на медицинските изделия позволява лесен и бърз достъп за употреба.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция VII „Скалпели”:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Еднократни, здрави със прецизни остриета от неръждаема стомана. Със заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието.

- максимално щадящ за пациента: Атравматично разрязване на тъканта, без да наранява околна тъкан.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: опаковка, позволяваща бързо и лесно отваряне.

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Еднократни, здрави със прецизни остриета от неръждаема стомана. Със заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието.

- максимално щадящ за пациента: Атравматично разрязване на тъканта, без да наранява околна тъкан.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Еднократни, здрави със прецизни остриета от неръждаема стомана. Със заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието.

- **„Юнимедика“ ЕООД – Б. 20 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

Предложените от участника консумативи са на производителите Чанелмед и Хюайан Тианда Медикал и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те са еднократни, здрави със прецизни остриета от неръждаема стомана, със заточване, позволяващо безпроблемна употреба на изделието. Предложените медицински изделия отговарят на спецификата на дейностите възприети в болничните структури с III ниво на компетентност в Болница „Лозенец“ и задоволяват Възложителя по отношение на качеството.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

Оферираните консумативи осигуряват атравматично разрязване на тъканта, без да нараняват околната тъкан.

- **предлаганото медицинско изделие не осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

Опаковката на скалпела се отваря трудно.

- **опаковката на медицинското изделие не позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

Опаковката на медицинските изделия не позволява лесен и бърз достъп за употреба.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция VIII „Затворена система за измерване на урина”:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя.
- максимално щадящ за пациента: Материалът от който е изработен това медицинско изделие, е максимално щадящ за пациента.
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: Лесно и бързо боравене за улеснение на медицинския персонал, както и прецизност при отчитането на диурезата.
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: Лесен и удобен начин за разопаковане.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя.
- максимално щадящ за пациента: Материалът от който е изработен това медицинско изделие, е максимално щадящ за пациента.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **„Б. Браун Медикал” ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя Б.Браун Мелзунген, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те изпълняват оптимално функцията, за която са предназначени и отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Материалът от който е изработен това медицинско изделие, е максимално щадящ за пациента.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните медицински изделия осигуряват лесно и бързо боравене за улеснение на медицинския персонал, както и прецизност при отчитането на диурезата.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Опаковката на медицинските изделия позволява лесен и удобен начин на разопаковане.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция IX „Банки тип торбичка за урина”:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя. Изработени от еластична материя - мека, здрава и устойчива на напъни. Съвместимост с уретралните катетри, лесна за манипулиране клапа.

- максимално щадящ за пациента: Материалът, от който е изработен този продукт, е максимално щадящ за пациента.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: Удобно, лесно и бързо свързване с уретралния катетър.

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: Лесен и удобен начин за разопаковане.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя. Изработени от еластична материя- мека, здрава и устойчива на напъни. Съвместимост с уретралните катетри, лесна за манипулиране клапа.

- максимално щадящ за пациента: Материалът, от който е изработен този продукт, е максимално щадящ пациента.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя. Изработени от еластична материя- мека, здрава и устойчива на напъни. Съвместимост с уретралните катетри, лесна за манипулиране клапа.

- **„Б. Браун Медикал” ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя Б.Браун Мелзунген, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя. Изработени са от еластична материя - мека, здрава и устойчива на напъни, съвместими са с уретралните катетри и имат лесна за манипулиране клапа.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Материалът, от който са изработени оферирания медицински изделия е максимално щадящ за пациента.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферирания медицински изделия осигуряват удобно, лесно и бързо свързване с уретралния катетър.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Опаковката на медицинските изделия позволява лесен и удобен начин на разопаковане.

- **„Медицинска техника инженеринг” ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя Beromed, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя. Изработени са от еластична материя - мека, здрава и устойчива на напъни, съвместими са с уретралните катетри и имат лесна за манипулиране клапа.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Материалът, от който са изработени оферираните медицински изделия е максимално щадящ за пациента.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните медицински изделия осигуряват удобно, лесно и бързо свързване с уретралния катетър.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Опаковката на медицинските изделия позволява лесен и удобен начин на разопаковане.

- **„Софарма трейдинг“ АД – Б. 20 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Changzhou Hekang Medical Instr и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя. Изработени са от еластична материя - мека, здрава и устойчива на напъни, съвместими са с уретралните катетри и имат лесна за манипулиране клапа.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Материалът, от който са изработени оферираните медицински изделия е максимално щадящ за пациента.

- **предлаганото медицинско изделие не осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия не осигуряват удобно, лесно и бързо свързване с уретралния катетър. При тестване на предоставените мостри комисията констатира, че има случай на изпускане и недобро затваряне на клапаните на торбата и изтичане на урина.

• **„Юнимедика“ ЕООД – Б. 20 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Чанелмед и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя. Изработени са от еластична материя - мека, здрава и устойчива на напъни, съвместими са с уретралните катетри и имат лесна за манипулиране клапа.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Материалът, от който са изработени оферирания медицински изделия е максимално щадящ за пациента.

- **предлаганото медицинско изделие не осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферирания медицински изделия не осигуряват удобно, лесно и бързо свързване с уретралния катетър. При тестване на предоставените мостри комисията констатира, че има случай на изпускане и недобро затваряне на клапаните на торбата и изтичане на урина.

- **„Агарта-ЦМ“ ЕООД – Б. 20 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя Neuton и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя. Изработени са от еластична материя - мека, здрава и устойчива на напъни, съвместими са с уретралните катетри и имат лесна за манипулиране клапа.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Материалът, от който са изработени оферираните медицински изделия е максимално щадящ за пациента.

- **предлаганото медицинско изделие не осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните медицински изделия не осигуряват удобно, лесно и бързо свързване с уретралния катетър. При тестване на предоставените мостри комисията констатира, че има случай на изпускане и недобро затваряне на клапаните на торбата и изтичане на урина.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция X „Торби за външна аспирация”:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя: да събира течности, ексудати и кръв, лесно и бързо боравене при свързване на аспирацията със системата Вакумфикс;

- максимално щадящ за пациента: Материалът, от който е изработен този продукт, е максимално щадящ пациента;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: лесно и бързо боравене с изделието, съвместимост на елементите при свързване на аспирацията със системата Вакумфикс, елементи улесняващи правилното позициониране на консуматива, прецизност при отчитането на ексудата;

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: торбите са изработени от прозрачна и здрава материя и прецизно разграфен консуматив.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя: да събира течности, ексудати и кръв, лесно и бързо боравене при свързване на аспирацията със системата Вакумфикс;

- максимално щадящ за пациента: материалът, от който е изработен този продукт, е максимално щадящ пациента;

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя: да събира течности, ексудати и кръв, лесно и бързо боравене при свързване на аспирацията със системата Вакумфикс.

• **„Медилон“ ЕООД – А. 40 точки**

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Б.Браун Мелзунген и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя: да събират течности, ексудати и кръв. Осигуряват лесно и бързо боравене при свързване на аспирацията със системата Вакумфикс.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента

Мотиви за поставената оценка:

Материалът, от който е изработен този продукт, е максимално щадящ пациента.

- предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват лесно и бързо боравене и съвместимост на елементите при свързване на аспирацията със системата Вакумфикс. Елементите улесняват правилното позициониране на консуматива и прецизност при отчитането на ексудата.

- опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба

Мотиви за поставената оценка:

Торбите са изработени от прозрачна и здрава материя и прецизно разграфен консуматив.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XI „Сетове за операционна аспирация”:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя: да събира течности, ексудати и кръв, лесно и бързо боравене при свързване на аспирацията с дрена, различни размери на дренажната система;
- максимално щадящ за пациента: материалът, от който е изработен продукта, е максимално щадящ пациента, флексибилен и атравматичен;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: лесно и бързо боравене с изделието, съвместимост на елементите при свързване на аспирацията с дрена;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: Прозрачна опаковка, индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинските изделия, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя: да събира течности, ексудати и кръв, лесно и бързо боравене при свързване на аспирацията с дрена, различни размери на дренажната система
- максимално щадящ за пациента: материалът, от който е изработен продукта, е максимално щадящ пациента, флексибилен и атравматичен

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя: да събира течности, ексудати и кръв, лесно и бързо боравене при свързване на аспирацията с дрена, различни размери на дренажната система.

• **„Фьоникс Фарма“ ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя ConvaTec Limited-United Kingdom и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя: да събира течности, екsudати и кръв, лесно и бързо боравене при свързване на аспирацията с дрена, различни размери на дренажната система.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Материалът, от който е изработен продукта, е максимално щадящ пациента, флексибилен и атравматичен.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват лесно и бързо боравене, има съвместимост на елементите при свързване на аспирацията с дрена.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в прозрачна опаковка, индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XII „Дренажи“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя: да дренира течности, ексудати и кръв;
- максимално щадящ за пациента: дренажът е изработен е от подходящ материал /силикон, нелатон/ максимално щадящ пациента, флексибилен и атравматичен;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: лесно и бързо боравене с изделието, съвместимост на елементите при свързване;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя: да дренира течности, ексудати и кръв;
- максимално щадящ за пациента: дренажът е изработен от подходящ материал /силикон, нелатон / максимално щадящ пациента, флексибилен и атравматичен.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя: да дренира течности, ексудати и кръв.

• **„Медицинска техника инженеринг” ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителите МРІ, Германия и Coloplast, Дания и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя: да дренират течности, ексудати и кръв.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните дренажи са изработени от подходящ материал /силикон, нелатон/ максимално щадящ пациента, флексибилен и атравматичен.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват лесно и бързо боравене, има съвместимост на елементите при свързване.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване опаковка.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XIII „Сонди”:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: декомпенсиране на стомаха и дуоденома;
- максимално щадящ за пациента: сондата е изработена от подходящ материал;
- по-голяма ефективност и бързина: лесно и бързо боравене с изделието, съвместимост на елементите при свързване.
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: ясна маркировка.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: декомпенсиране на стомаха и дуоденома;
- максимално щадящ за пациента: сондата е изработена от подходящ материал.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: декомпенсиране на стомаха и дуоденома.

- **„Медицинска техника инженеринг” ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя МРІ, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те осигуряват декомпенсиране на стомаха и дуоденома.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните сонди са изработени от подходящ материал.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват лесно и бързо боравене, има съвместимост на елементите при свързване.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в опаковка с ясна маркировка.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XIV „Сонди специални“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: ефективно кръвоспиране при варици на хранопровода и цироза на черен дроб;
- максимално щадящ за пациента: сондите са изработени от подходящ еластичен и здрав материал, щадящ лигавицата на пациента;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: сондите са изработени от еластичен и здрав материал, който позволява лесно и бързо боравене с това изделие;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: прозрачна опаковка, индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: ефективно кръвоспиране при варици на хранопровода и цироза на черен дроб.
- максимално щадящ за пациента: сондите са изработени от подходящ еластичен и здрав материал, щадящ лигавицата на пациента.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: ефективно кръвоспиране при варици на хранопровода и цироза на черен дроб.

- **„Медицинска техника инженеринг” ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Coloplast, Дания и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те осигуряват ефективно кръвоспиране при варици на хранопровода и цироза на черен дроб.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните сонди са изработени от подходящ, еластичен и здрав материал, щадящ лигавицата на пациента.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните сонди са изработени от еластичен и здрав материал, който позволява лесно и бързо боравене с това изделие.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в прозрачна опаковка, индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XV „Хирургически ръкавици –нестерилни“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: материалът, от който е изработен продукта, е максимално щадящ персонала с много добра еластичност и издръжливост осигуряващ висока степен на защита; лесно и бързо боравене за улеснение на медицинския персонал, с много добра тактиленост на пръстите с цел по-голяма прецизност по време на манипулациите;

- упаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: лесен начин за разопаковане без да се губи времето на персонала.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: материалът, от който е изработен продукт, е максимално щадящ персонала, защото е с много добра еластичност и издръжливост осигуряващ висока степен на защита.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **„Б. Браун Медикал” ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя Б.Браун Мелзунген, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните нестерилни хирургически ръкавици са изработени от материал, който е максимално щадящ персонала, с много добра еластичност и издръжливост осигуряващ висока степен на защита. Те осигуряват лесно и бързо боравене за улеснение на медицинския персонал, имат много добра тактилност на пръстите с цел по-голяма прецизност по време на манипулациите.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните медицински изделия са в опаковка, която е лесна за разопаковане и не се губи времето на персонала.

• **„Химтекс“ ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Космомед и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните нестерилни хирургически ръкавици са изработени от материал, който е максимално щадящ персонала, с много добра еластичност и издръжливост осигуряващ висока степен на защита. Те осигуряват лесно и бързо боравене за улеснение на медицинския персонал, имат много добра тактилност на пръстите с цел по-голяма прецизност по време на манипулациите.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в опаковка, която е лесна за разопаковане и не се губи времето на персонала.

- **„Елпак – лизинг“ ЕООД – В. 10 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя Nurtteks Tekstil, Турция и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **предлаганото медицинско изделие не осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните латексови ръкавици са с не добра еластичност и издръжливост и не осигуряват висока степен на защита.

- **„Юнимедика“ ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителите Хелти Глав, Ансел и Нингбо Уникмед и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните нестерилни хирургически ръкавици са изработени от материал, който е максимално щадящ персонала, с много добра еластичност и издръжливост осигуряващ висока степен на защита. Те осигуряват лесно и бързо боравене за улеснение на медицинския персонал, имат много добра тактиленост на пръстите с цел по-голяма прецизност по време на манипулациите.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в опаковка, която е лесна за разопаковане и не се губи времето на персонала.

- **„Агарта-ЦМ“ ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителите Mercator и Semperit и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните нестерилни хирургически ръкавици са изработени от материал, който е максимално щадящ персонала, с много добра еластичност и издръжливост осигуряващ висока степен на защита. Те осигуряват лесно и бързо боравене за улеснение на медицинския персонал, имат много добра тактиленост на пръстите с цел по-голяма прецизност по време на манипулациите.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в опаковка, която е лесна за разопаковане и не се губи времето на персонала.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XVI „Стерилни хирургични ръкавици“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: лесно и бързо боравене за улеснение на медицинския персонал, с много добра тактилност на пръстите с цел по-голяма прецизност по време на манипулациите; материалът, от който е изработен продукта, е максимално щадящ персонала, защото е с много добра еластичност и издръжливост осигуряващ висока степен на защита;

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: лесен начин за разопаковане без да се губи времето на персонала.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: материала от който е изработен продукта е максимално щадящ персонала с много добра еластичност и издръжливост осигуряващ висока степен на защита.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри определени от възложителя.

- **„Юнимедика“ ЕООД – А. 40 точки**

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителите Хелти Глав, Ансел и Нингбо Уникмед и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните стерилни хирургични ръкавици осигуряват лесно и бързо боравене, за улеснение на медицинския персонал, те са с много добра тактиленост на пръстите, с цел по-голяма прецизност по време на манипулациите. Материалът, от който са изработени, е максимално щадящ персонала, защото е с много добра еластичност и издръжливост, осигуряващ висока степен на защита.

- опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в опаковка с лесен начин за разопаковане, без да се губи времето на персонала.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XVII „Катетри“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя;
- максимално щадящ за пациента: изработени са от висококачествен PVC материал, несъдържащ латекс, с атравматичен отворен връх, щадящ пациента;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: опаковка, позволява бързо и лесно съчленяване със системата за аспирация;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта с ясно обозначаване на типа консуматив и размер.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя;
- максимално щадящ за пациента: изработени са от висококачествен PVC материал, несъдържащ латекс, с атравматичен отворен връх, щадящ пациента.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **„Медицинска техника инженеринг” ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя МРІ, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните катетри са изработени от висококачествен PVC материал, несъдържащ латекс, с атраматичен отворен връх, щадящ пациента.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните катетри са с опаковка, която позволява бързо и лесно съчленяване със системата за аспирация.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта, с ясно обозначаване на типа консуматив и размер.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XVIII „Маски“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя, изработени са от прозрачна, мека материя, добре прилепваща към лицевите части на пациента, кислородните маски са окомплектовани с кислороден шlauch, маските за инхалация да са окомплектовани с небулайзер;

- максимално щадящ за пациента: изработени са от висококачествен PVC материал, добре прилепващи към лицевите части на пациента, с носова преграда, позволяваща перфектна адаптация към пациента;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта, бързо и лесно съчленяване със системата за подаване на кислород или инхалация;

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя, изработени са от прозрачна, мека материя, добре прилепваща към лицевите части на пациента, кислородните маски са окомплектовани с кислороден шlauch, маските за инхалация да са окомплектовани с небулайзер;

- максимално щадящ за пациента: изработени са от висококачествен PVC материал, добре прилепващи към лицевите части на пациента, с носова преграда, позволяваща перфектна адаптация към пациента.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя, изработени са от прозрачна, мека материя, добре прилепваща към лицевите части на пациента, кислородните маски са окомплектовани с кислороден шlauch, маските за инхалация да са окомплектовани с небулайзер.

- **„Медицинска техника инженеринг” ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителите Salter Labs, САЩ и Medisize, Холандия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя. Изработени са от прозрачна, мека материя, добре прилепваща към лицевите части на пациента. Кислородните маски са окомплектовани с кислороден шlauch, а маските за инхалация са окомплектовани с небулайзер.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните маски са изработени от висококачествен PVC материал. Те са добре прилепващи към лицевите части на пациента, с носова преграда, позволяваща перфектна адаптация към пациента.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните маски са в индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта и осигуряват бързо и лесно съчленяване със системата за подаване на кислород или инхалация.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта.

- **„РСР“ ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя Dahlhausen и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя. Изработени са от прозрачна, мека материя, добре прилепваща към лицевите части на пациента. Кислородните маски са окомплектовани с кислороден шlauch, а маските за инхалация са окомплектовани с небулайзер.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните маски са изработени от висококачествен PVC материал. Те са добре прилепващи към лицевите части на пациента, с носова преграда, позволяваща перфектна адаптация към пациента.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните маски са в индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта и осигуряват бързо и лесно съчленяване със системата за подаване на кислород или инхалация.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните медицински изделия са в индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XIX „Шапки, маски, стерилни изделия“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: за маски- висока бактериална филтрация; за шапки- висока въздухо-пропускливост; за чаршафи-100 процента бариерна защита, висока абсорбция.

- максимално щадящ за пациента: осигуряват високо ниво на антибактериална защита;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба, приемайки функциите на диспенсър;

-опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: на опаковката има ясно обозначаване на типа консуматив, каталоген номер, партиден номер, срок на годност, брой в опаковка.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия: за маски- висока бактериална филтрация; за шапки- висока въздухо-пропускливост; за чаршафи-100 процента бариерна защита, висока абсорбция.

- максимално щадящ за пациента: осигуряват високо ниво на антибактериална защита;

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно: за маски- висока бактериална филтрация; за шапки- висока въздухо-пропускливост; за чаршафи-100 процента бариерна защита, висока абсорбция.

- **„Софарма трейдинг“ АД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя Hartmann Rico Spol. SRO. и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя-маските са с висока бактериална филтрация, шапките са с висока въздухо-пропускливост, чаршафите са със 100 процента бариерна защита и висока абсорбция.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните медицински изделия осигуряват високо ниво на антибактериална защита.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Опаковките на оферираните медицински изделия позволяват лесен и бърз достъп за употреба, приемайки функциите на диспенсър.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

- На опаковката на оферираните медицински изделия има ясно обозначаване на типа консуматив, каталожен номер, партиден номер, срок на годност и брой в опаковка.

- **„Юпимедика“ ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителите Лебоо, Ансел, Тио Медикал и Дина - Хитекс и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя- маските са с висока бактериална филтрация, шапките са с висока въздухо-пропускливост, чаршафите са със 100 процента бариерна защита и висока абсорбция.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват високо ниво на антибактериална защита.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковките на оферираните медицински изделия позволяват лесен и бърз достъп за употреба, приемайки функциите на диспенсър.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

На опаковката на оферираните медицински изделия има ясно обозначаване на типа консуматив, каталожен номер, партиден номер, срок на годност и брой в опаковка.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XX „Фолио за оперативно поле“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: покрива и предпазва оперативното поле и намалява риска от бактериални инфекции;
- максимално щадящ за пациента: плътно прилепване към кожата, притежава еластичност, адхезивно, позволяващо на кожата да диша;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба, лесна и удобна за отваряне.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: покрива и предпазва оперативно поле и намалява риска от бактериални инфекции;
- максимално щадящ за пациента: плътно прилепване към кожата, притежава еластичност, адхезивно, позволяващо на кожата да диша.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: покрива и предпазва оперативно поле и намалява риска от бактериални инфекции.

• **„Фьоникс Фарма“ ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя 3M Health Care и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те покриват и предпазват оперативното поле и намаляват риска от бактериални инфекции.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват плътно прилепване към кожата, притежават еластичност, адхезивно, позволяващо на кожата да диша.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба, лесна и удобна е за отваряне.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXI „Стерилни сетове за покриване“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: осигуряват 100 процента бариерна защита, висока абсорбция по цялата повърхност;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: ясни пиктограми, обозначаващи предназначението на компонентите; телескопично нагъване на чувал за инструментална маса;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: опаковката има ясно обозначаване на типа консуматив, каталоген номер, партиден номер, срок на годност, пиктограма на съдържанието.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: осигуряват 100 процента бариерна защита, висока абсорбция по цялата повърхност;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: ясни пиктограми, обозначаващи предназначението на компонентите; телескопично нагъване на чувал за инструментална маса;

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: осигуряват 100 процента бариерна защита, висока абсорбция по цялата повърхност.

- **„Прохелт” ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Mölnlycke Health Care AB и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те осигуряват 100 процента бариерна защита и висока абсорбция по цялата повърхност.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са с ясни пиктограми, обозначаващи предназначението на компонентите. Чувалът за инструментална маса има телескопично нагъване.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на оферираните медицински изделия има ясно обозначаване на типа консуматив, каталожен номер, партиден номер, срок на годност и пиктограма на съдържанието.

• **„Булмар МЛ“ ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Кардива Интегралес Солюсионес и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те осигуряват 100 процента барьерна защита и висока абсорбция по цялата повърхност.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са с ясни пиктограми, обозначаващи предназначението на компонентите. Чувалят за инструментална маса има телескопично нагъване.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на оферираните медицински изделия има ясно обозначаване на типа консуматив, каталожен номер, партиден номер, срок на годност и пиктограма на съдържанието.

- **„Софарма трейдинг“ АД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Hartmann Rico Spol. SRO. и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те осигуряват 100 процента барьерна защита и висока абсорбция по цялата повърхност.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са с ясни пиктограми, обозначаващи предназначението на компонентите. Чувалът за инструментална маса има телескопично нагъване.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на оферираните медицински изделия има ясно обозначаване на типа консуматив, каталожен номер, партиден номер, срок на годност и пиктограма на съдържанието.

• **„Елпак – лизинг“ ЕООД – В. 10 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Tio Medikal, Турция и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните медицински изделия имат ниска абсорбция на течности, което може да доведе до разливане по съседни повърхности и нарушаване на бариерната защита.

- **предлаганото медицинско изделие не осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в опаковъчно стерилизационно фолио, без пиктограма, обозначаваща предназначението на компонентите.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXII „Еднократно стерилно и нестерилно облекло“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: осигуряват 100 процента бариерна защита, 100 процента водо-непромокаемост и висока въздухо-пропускливост;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: удобство при обличане, носене и регулиране на фиксацията на гърба;

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба - опаковката е двойна, с ясна пиктограма на модела и размера, каталожен номер, партиден номер, срок на годност, обозначаване на категоризация по EN 13795.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: осигуряват 100 процента бариерна защита, 100 процента водо-непромокаемост и висока въздухо-пропускливост;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: удобство при обличане, носене и регулиране на фиксацията на гърба;

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: осигуряват 100 процента бариерна защита, 100 процента водо-непромокаемост и висока въздухо-пропускливост.

• **„Прохелт” ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Mölnlycke Health Care AB и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те осигуряват осигуряват 100 процента бариерна защита, 100 процента водо-непромокаемост и висока въздухо-пропускливост.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват удобство при обличане, носене и регулиране на фиксацията на гърба.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на оферираните медицински изделия е двойна, с ясна пиктограма на модела и размера, каталожен номер, партиден номер, срок на годност, обозначавање на категоризация по EN 13795.

• „Булмар МЛ“ ООД – А. 40 точки

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Кардива Интегралес Солюсионес и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те осигуряват осигуряват 100 процента бариерна защита, 100 процента водо-непромокаемост и висока въздухо-пропускливост.

- предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват удобство при обличане, носене и регулиране на фиксацията на гърба.

- опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на оферираните медицински изделия е двойна, с ясна пиктограма на модела и размера, каталожен номер, партиден номер, срок на годност, обозначавање на категоризация по EN 13795.

- **„Софарма трейдинг“ АД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Hartmann Rico Spol. SRO. и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Те осигуряват осигуряват 100 процента бариерна защита, 100 процента водо-непромокаемост и висока въздухо-пропускливост.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват удобство при обличане, носене и регулиране на фиксацията на гърба.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на оферираните медицински изделия е двойна, с ясна пиктограма на модела и размера, каталожен номер, партиден номер, срок на годност, обозначавање на категоризация по EN 13795.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXIV „Тупфери, ленти“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря на определените в Техническата спецификация изисквания, за лентите – с технология предпране;
- максимално щадящ за пациента: висока абсорбция, запазване на цялостта и формата, ниска степен на нищене;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделия, определени в т. А., а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря на определените в Техническата спецификация изисквания, за лентите – с технология предпране;
- максимално щадящ за пациента: висока абсорбция, запазване на цялостта и формата, ниска степен на нищене.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря на определените в Техническата спецификация изисквания, за лентите – с технология предпране.

- **„Софарма трейдинг“ АД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя Hartmann Rico Spol. SRO. и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Лентите са с технология предпране.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните медицински изделия осигуряват висока абсорбция, запазване на цялостта и формата, както и ниска степен на нищене.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXV „Предпазни очила“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: предпазните очила служат за предпазване на медицинския персонал от попадане на кръв, течности и ексудати по време на работа;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: изработени са от подходящ материал; удобни са за работа с ниска степен на изпотяване на стъклата; удобни са за употреба и почистване;

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: прозрачна опаковка, индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А, а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: предпазните очила служат за предпазване на медицинския персонал от попадане на кръв, течности и ексудати по време на работа

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: изработени са от подходящ материал; удобни са за работа с ниска степен на изпотяване на стъклата; удобни са за употреба и почистване;

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: предпазните очила служат за предпазване на медицинския персонал от попадане на кръв, течности и ексудати по време на работа.

- **„Софарма трейдинг“ АД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Hartmann Rico Spol. SRO. и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните предпазни очила служат за предпазване на медицинския персонал от попадане на кръв, течности и ексудати по време на работа.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са изработени от подходящ материал. Те са удобни за работа, с ниска степен на изпотяване на стъклата, удобни са за употреба и почистване.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на оферираните медицински изделия е прозрачна, индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване.

- **„Юнимедика“ ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Дина-Хитекс и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните предпазни очила служат за предпазване на медицинския персонал от попадане на кръв, течности и ексудати по време на работа.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са изработени от подходящ материал. Те са удобни за работа, с ниска степен на изпотяване на стъклата, удобни са за употреба и почистване.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на оферираните медицински изделия е прозрачна, индивидуална, ясно маркирана за лесно разпознаване.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXVI „Електроди“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: електродите осигуряват ефективен контакт между пациента и апаратурата, с цел мониториране на сърдечната честота;
- максимално щадящ за пациента: изработени са от хипоалергенен материал;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: осъществяват добър контакт с кожата и адаптивност към останалите елементи;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: опаковка с ясно обозначение.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А, а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: електродите осигуряват ефективен контакт между пациента и апаратурата, с цел мониториране на сърдечната честота;
- максимално щадящ за пациента: изработени са от хипоалергенен материал;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: осъществяват добър контакт с кожата и адаптивност към останалите елементи.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: осигуряване на ефективен контакт между пациента и апаратурата, с цел мониториране на сърдечната честота.

• **„Медицинска техника инженеринг” ООД – А. 40 точки**

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителите Leonhard Lang, Австрия и Cerasarta, Италия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните електроди осигуряват ефективен контакт между пациента и апаратурата, с цел мониториране на сърдечната честота.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са изработени са от хипоалергенен материал.

- предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осъществяват добър контакт с кожата и адаптивност към останалите елементи.

- опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на медицинските изделия е с ясно обозначение.

• **„Софинформпродукт - Грозданов“ ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителите Tyrolmed GmbH, Австрия и Pitrone S.r.l., Италия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните електроди осигуряват ефективен контакт между пациента и апаратурата, с цел мониториране на сърдечната честота.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са изработени са от хипоалергенен материал.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осъществяват добър контакт с кожата и адаптивност към останалите елементи.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Опаковката на медицинските изделия е с ясно обозначение.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXVII „Стерилен силно абсорбиращ компрес“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: мека, силно абсорбираща превръзка, задържаща големи количества течност, с висока абсорбираща сърцевина;

- максимално щадящ за пациента: компресът има дишащ поддържащ слой, предпазващ раната от запаряване, външен слой предпазващ от проникването на ексудата и поддържаща превръзката суха за дълга употреба;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: с висока абсорбираща сърцевина за дълга употреба, индивидуална опаковка, с ясно обозначение на типа консуматив, размер;

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: лесен начин за разопаковане без да се губи времето на персонала, индивидуална опаковка с ясно обозначаване на типа консуматив, размер.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А, а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: мека, силно абсорбираща превръзка, задържаща големи количества течност, с висока абсорбираща сърцевина;

- максимално щадящ за пациента: компресът има дишащ поддържащ слой, предпазващ раната от запаряване, външен слой предпазващ от проникването на ексудата и поддържащ превръзката суха за дълга употреба.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: мека, силно абсорбираща превръзка, задържаща големи количества течност, с висока абсорбираща сърцевина.

• **„Прохелт” ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителите Mölnlycke Health Care AB и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферирана е мека, силно абсорбираща превръзка, задържаща големи количества течност, с висока абсорбираща сърцевина.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са изработени са от хипоалергенен материал.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираният компрес има дишащ поддържащ слой, предпазващ раната от запаряване, външен слой, предпазващ от проникването на ексудата и поддържаща превръзката суха за дълга употреба.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия е са с лесен начин за разопаковане, без да се губи времето на персонала. Те са в индивидуална опаковка с ясно обозначаване на типа консуматив и размер.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXVIII „Стерилни превръзки за периферен венозен катетър“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя, добра адхезивност - надежна и стабилна фикция на абоката;

- максимално щадящ за пациента: атравматична смяна на превръзката;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: лесно поставяне в две стъпки;

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта, ясно обозначение на тип консуматив и размер.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А, а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя, добра адхезивност - надежна и стабилна фикция на абоката;

- максимално щадящ за пациента: атравматична смяна на превръзката.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя, добра адхезивност - надежна и стабилна фикция на абоката.

- **„Б. Браун Медикал” ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Б.Браун Мелзунген, Германия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните медицински изделия отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя, имат добра адхезивност - надежна и стабилна фикция на абоката.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват атравматична смяна на превръзката.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са лесни за поставяне в две стъпки.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта. Имат ясно обозначение на тип консуматив и размер.

- **„Софарма трейдинг“ АД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя Hartmann Rico Spol. SRO. и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните медицински изделия отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя, имат добра адхезивност - надежна и стабилна фикция на абоката.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните медицински изделия осигуряват атравматична смяна на превръзката.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните медицински изделия са лесни за поставяне в две стъпки.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните медицински изделия са в индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта. Имат ясно обозначение на тип консуматив и размер.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXIX „Разни медицински консумативи“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на определените в Техническата спецификация изисквания;
- максимално щадящ за пациента: продуктите са щадящи за кожата на пациента;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: гарантирана водонепроницаемост на материала от който са изработени;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: лесен начин за разопаковане, ясно обозначаване на типа консуматив, размер, количество, каталожен номер.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А, а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на определените в Техническата спецификация изисквания;
- максимално щадящ за пациента: продукти са щадящи за кожата на пациента.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на определените в Техническата спецификация изисквания.

- **„Медицинска техника инженеринг” ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителите Ceracarta-Италия, ННН-Германия, MPI-Германия, Welch Allyn, SOFT-BM-Гърция и Fazzini-Италия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните медицински изделия отговарят напълно на определените в Техническата спецификация изисквания.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са щадящи за кожата на пациента.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия имат гарантирана водонепроницаемост на материала, от който са изработени.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински са с лесен начин за разопаковане и имат ясно обозначаване на типа консуматив, размер, количество и каталожен номер.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXX „Специален чаршаф“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя;
- максимално щадящ за пациента: чаршафът е дерматологично тестван, PH неутрално, защитава кожата на пациента при инконтиненция и за профилактика срещу декубитуси;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: гарантирана водонепроницаемост на материала, от който са изработени;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: лесен начин за разопаковане, ясно обозначаване на типа консуматив, размер, количество, каталожен номер.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А, а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя;
- максимално щадящ за пациента: чаршафът е дерматологично тестван, PH неутрално, защитава кожата на пациента при инконтиненция и за профилактика срещу декубитуси.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри определени от възложителя.

- **„Софарма трейдинг“ АД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Hartmann Rico Spol. SRO. и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните медицински изделия отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираният чаршаф е дерматологично тестван, РН неутрално, защитава кожата на пациента при инконтиненция и за профилактика срещу декубитуси.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия имат водонепроницаемост на материала, от който са изработени.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински са с лесен начин за разопаковане, ясно обозначаване на типа консуматив, размер, количество и каталожен номер.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXXII „Устройство за дихателна гимнастика“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя;
- максимално падащ за пациента: устройството за дихателна гимнастика е изработено от лек, прозрачен материал, с ергономичен дизайн;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А, а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя;
- максимално падащ за пациента: устройството за дихателна гимнастика е изработено от лек, прозрачен материал, с ергономичен дизайн.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **„Медицинска техника инженеринг” ООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя Medisize - Холандия и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните медицински изделия отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираното устройство за дихателна гимнастика е изработено от лек, прозрачен материал, с ергономичен дизайн.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните медицински са с индивидуална опаковка, позволяваща бърз достъп до продукта.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXXIII „Нестерилни полиамидни конци“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: полиамидни антисептични конци за легиране на съдове;
- максимално щадящ за пациента: конците са еластични и здрави;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: лесно и бързо боравене с този вид конци;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: опаковка с ясно обозначение на размер.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А, а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: полиамидни антисептични конци за легиране на съдове;
- максимално щадящ за пациента: конците са еластични и здрави.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: полиамидни антисептични конци за легиране на съдове.

- **„Софарма трейдинг“ АД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Медика АД и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните медицински изделия са полиамидни антисептични конци за легиране на съдове.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните конци са еластични и здрави.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват лесно и бързо боравене с този вид конци.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински са с опаковка с ясно обозначение на размер.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXXIV „Хемостатични гъби“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: пореста гъба, която действа като катализатор при формирането на фибрин, с което се осигурява хемостаза при хирургични процедури;

- максимално шадящ за пациента: адаптивност към мястото, на което се поставя;

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: гарантират сигурна хемостаза;

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: двойна опаковка с ясно обозначение.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А, а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: пореста гъба, която действа като катализатор при формирането на фибрин, с което се осигурява хемостаза при хирургични процедури;

- максимално шадящ за пациента: адаптивност към мястото, на което се поставя.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: пореста гъба, която действа като катализатор при формирането на фибрин, с което се осигурява хемостаза при хирургични процедури.

• **„Авторент-1“ ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Genco Tibbi Турция и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферирана е пореста гъба, която действа като катализатор при формирането на фибрин, с което се осигурява хемостаза при хирургични процедури.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия имат адаптивност към мястото, на което се поставят.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия гарантират сигурна хемостаза.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са с двойна опаковка с ясно обозначение.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXXV „Антибактериална подложка“:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя;
- максимално шадящ за пациента: подложката е изработена от антистатичен акрилен адхезив;
- по-голяма ефективност и бързина при употребата: подложката осигурява добър контакт;
- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: еднократна опаковка, с ясно обозначение.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А, а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: подложката осигурява добър контакт;
- максимално шадящ за пациента: подложката е изработена от антистатичен акрилен адхезив.

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: отговаря напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **„Юнимедика“ ЕООД – А. 40 точки**

- **изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Предложените от участника консумативи са на производителя АВ Медикал и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните продукти отговарят напълно на техническите параметри, определени от възложителя.

- **предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираната подложка е изработена от изработена от антистатичен акрилен адхезив.

- **предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираната подложка осигурява добър контакт.

- **опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба**

- Мотиви за поставената оценка:**

- Оферираните подложки са с еднократна опаковка, с ясно обозначение.

Оценка за качеството на предложените медицински изделия на участниците, съгласно обявената от Възложителя методика за Обособена позиция XXXVI “Превързочни сетове и консумативи еквивалентни за вакуум система RENASYS”:

А. 40 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява едновременно следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Системата е предназначена за лечение на инфектирани рани. Снабдена е с интегрирани елементи, адхезивна гъба, дишащо вакумиращо фолио, колба и самозалепваща антибактериална превръзка.

- максимално щадящ за пациента: високо ниво на антибактериална защита.

- по-голяма ефективност и бързина при употребата: лесно и бързо боравене с интегрираната система от елементите на сета;

- опаковката на това медицинско изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба: еднократна опаковка с ясно обозначение за размер и вид.

Б. 20 точки се присъждат, когато не са изпълнени максималните изисквания за качество на медицинското изделие, определени в т. А, а са изпълнени само следните условия:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Системата е предназначена за лечение на инфектирани рани. Снабдена е с интегрирани елементи, адхезивна гъба, дишащо вакумиращо фолио, колба и самозалепваща антибактериална превръзка.;

- максимално щадящ за пациента: високо ниво на антибактериална защита

В. 10 точки се присъждат, когато предложеното от участника медицинско изделие изпълнява само минималните условия за качество, а именно:

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено: Системата е предназначена за лечение на инфектирани рани. Снабдена е с интегрирани елементи, адхезивна гъба, дишащо вакумиращо фолио, колба и самозалепваща антибактериална превръзка.

• „Екос Медика“ ООД – А. 40 точки

- изпълнява оптимално функцията, за която е предназначено

Мотиви за поставената оценка:

Предложените от участника консумативи са на производителя Smith & Nephew и отговарят на изискванията на ЗМИ и на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Оферираните превързочни сетове и консумативи са напълно съвместими с наличната вакуум система Renasys. Системата е предназначена за лечение на инфектирани рани. Снабдена е с интегрирани елементи, адхезивна гъба, дишащо вакумиращо фолио, колба и самозалепваща антибактериална превръзка.

- предлаганото медицинско изделие е максимално щадящо за пациента

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват високо ниво на антибактериална защита.

- предлаганото медицинско изделие осигурява по-голяма ефективност и бързина при употребата

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия осигуряват лесно и бързо боравене с интегрираната система от елементите на сета.

- опаковката на медицинското изделие позволява лесен и бърз достъп за употреба

Мотиви за поставената оценка:

Оферираните медицински изделия са в еднократна опаковка, с ясно обозначение за размер и вид.

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

... Снежана Ранчова

.. Даниела Бранкова

... Надя Чалъкова

... Любимка Минчева

.... Григор Манчев

.... Ралица Туйкова

... Дафинка Некова

1. Консуматив еквивалентен за работа с инфузионни помпи SPACE

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медилон ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медилон ЕООД		#DIV/0!

min

0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медилон ЕООД	40	40,00

max

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранчова
 Даниела Бранкова
 Надя Чатъкова
 Любинка Минчева
 Григор Манчев
 Ралица Гуйкова
 ... Дафинка Некова

2. Спринцовки

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Б. Браун Медикал ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Медицинска Техника Инженеринг ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Софарма Трейдинг АД	0,00	#DIV/0!	20	20,00	#DIV/0!
Агартя ЦМ ЕООД	0,00	#DIV/0!	20	20,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б. Браун Медикал ЕООД		#DIV/0!
Медицинска Техника Инженеринг ООД		#DIV/0!
Софарма Трейдинг АД		#DIV/0!
Агартя ЦМ ЕООД		#DIV/0!

min

0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Б. Браун Медикал ЕООД	40	40,00
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
Софарма Трейдинг АД	20	20,00
Агартя ЦМ ЕООД	20	20,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

... Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Пеекова

3. Игли за медицинска употреба

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Агарта ЦМ ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД		#DIV/0!
Агарта ЦМ ЕООД		#DIV/0!

min 0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
Агарта ЦМ ЕООД	40	40,00

max 40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от 33ЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от 33ЛД

Евджана Ранцова
Сарафела Бранкова
Надя Чалъкова
Евтимка Минчева
Григор Манчев
Ралица Гуйкова
Евфимка Пекова

4. Принадлежности за съдов достъп и трансфузия

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Б.Браун Медикал ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б.Браун Медикал ЕООД		#DIV/0!
min		0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Б.Браун Медикал ЕООД	40	40,00
max		40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

- ... Снежана Ранчова
- Даниела Бранкова
- Надя Чалъкова
- Любимка Минчева
- ... Григор Манчев
- Ралица Туйкова
- ... Дафинка Некова

5. Аспирационна канюла

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Б.Браун Медикал ЕООД	0.00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б.Браун Медикал ЕООД	0.00	#DIV/0!
min		

Участник	Оценка за качество	П1
Б.Браун Медикал ЕООД	40	40,00
max		

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

... Снежана Ранцова
... Даниела Бранкова
..... Надя Чалъкова
Любимка Минчева
... Григор Манчев
... Ралица Туйкова
Дафинка Некова

6. Стерилни ланцети

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Б.Браун Медикал ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Медицинска Техника Инженеринг ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Химтекс ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б.Браун Медикал ЕООД		#DIV/0!
Медицинска Техника Инженеринг ООД		#DIV/0!
Химтекс ООД		#DIV/0!

min 0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Б.Браун Медикал ЕООД	40	40,00
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
Химтекс ООД	40	40,00

max 40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

.... Надя Чалъкова

Юбимка Минчева

.. Григор Манчев

.. Разица Туйкова

.. Дафинка Некова

7. Скалнели

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Юнимедика ЕООД	0,00	#DIV/0!	20	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Юнимедика ЕООД		#DIV/0!

min

0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Юнимедика ЕООД	20	40,00

max

20

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

.... Надя Чалъкова

Юлианка Минчева

Григор Манчев

Ралица Туйкова

Дафинка Некова

8. Загворена система за измерване на урина

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Б.Браун Медикал ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б.Браун Медикал ЕООД		#DIV/0!

min

0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Б.Браун Медикал ЕООД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранчова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

..... Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Пекова

9. Банки тип горбичка за урина

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Венчко
Б.Браун Медикал ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Медицинска Техника Инженеринг ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Софарма Трейдинг АД	0,00	#DIV/0!	20	20,00	#DIV/0!
Юнимедика ЕООД	0,00	#DIV/0!	20	20,00	#DIV/0!
Агарт ЦМ ЕООД	0,00	#DIV/0!	20	20,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б.Браун Медикал ЕООД		#DIV/0!
Медицинска Техника Инженеринг ООД		#DIV/0!
Софарма Трейдинг АД		#DIV/0!
Юнимедика ЕООД		#DIV/0!
Агарт ЦМ ЕООД		#DIV/0!

min

0,00

II.

Участник	Оценка за качество	П1
Б.Браун Медикал ЕООД	40	40,00
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
Софарма Трейдинг АД	20	20,00
Юнимедика ЕООД	20	20,00
Агарт ЦМ ЕООД	20	20,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Handwritten signature

Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

Надя Чалъкова

Юлианка Минчева

Григор Манчев

Ралица Туйкова

Дафинка Николова

10. Торби за външна аспирация

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Венчко
Медилон ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медилон ЕООД	0,00	#DIV/0!
min		

Участник	Оценка за качество	П1
Медилон ЕООД	40	40,00
max		

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранцова
Даниела Бранкова
.... Надя Чалкова
Любимка Минчева
... Григор Манчев
... Ралица Гуйкова
... Дафинка Некова

11. Сетове за операционна аспирация

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Фьоникс Фарма ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Фьоникс Фарма ЕООД		#DIV/0!

min

0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Фьоникс Фарма ЕООД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранчова

Даниела Бранкова

... Наля Чалъкова

Юбинка Минчева

.. Григор Манчев

.. Ралица Туйкова

.. Дафинка Некова

12. Дренажи

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Венчко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД		#DIV/0!
min 0,00		

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
max 40		

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранчова
Даниела Бранкова
.... Надя Чалъкова
Любимка Минчева
Тригор Манчев
Ралица Гуйкова
Дафинка Некова

13. Сонди

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД		#DIV/0!

min 0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40

max

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранцова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

... Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

.. Дафинка Некова

14. Сонди специални

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД		#DIV/0!

min

0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

. Снежана Ранцова

 Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Юбимка Минчева

 ... Григор Манчев

.. Ралица Гуйкова

. Дафинка Некова

15. Хирургически ръкавци - нестерилизни

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Б.Браун Медикал ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Химтекс ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Елпак – лизинг ЕООД	0,00	#DIV/0!	10	10,00	#DIV/0!
Юнимедика ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Агарга-ЦМ ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б.Браун Медикал ЕООД		#DIV/0!
Химтекс ООД		#DIV/0!
Елпак – лизинг ЕООД		#DIV/0!
Юнимедика ЕООД		#DIV/0!
Агарга-ЦМ ЕООД		#DIV/0!

min

0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Б.Браун Медикал ЕООД	40	40,00
Химтекс ООД	40	40,00
Елпак – лизинг ЕООД	10	10,00
Юнимедика ЕООД	40	40,00
Агарга-ЦМ ЕООД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

СН

Нежана Ранчова

Авиела Бранкова

Надя Чалъкова

Евлия Минчева

Григор Манчев

Ралица Туйкова

Даринка Некова

16. Хирургически ръкавици - стерилни

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Юнимедика ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Юнимедика ЕООД		#DIV/0!

min

0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Юнимедика ЕООД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранцова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Разица Гуйкова

..... Дафинка Пекова

17. Категри

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Венчко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД		#DIV/0!
min 0,00		

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
max 40		

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ратчова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Некова

18. Маски

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Венчко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
РСР ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД		#DIV/0!
РСР ЕООД		#DIV/0!

min

0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
РСР ЕООД	40	

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Тяобимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Гуйкова

..... Дафинка Пекова

19. Шапки, маски, стерилни изделия

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Софарма Трейдинг АД	0.00	#DIV/0!	40	40.00	#DIV/0!
Юнимедика ЕООД	0.00	#DIV/0!	40	40.00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Софарма Трейдинг АД		#DIV/0!
Юнимедика ЕООД		#DIV/0!

min 0.00

Участник	Оценка за качество	П1
Софарма Трейдинг АД	40	40.00
Юнимедика ЕООД	40	

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранчова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

..... Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Некова

20. Фолно за оперативно поле

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Фьоникс Фарма ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Фьоникс Фарма ЕООД		#DIV/0!
min 0,00		

Участник	Оценка за качество	П1
Фьоникс Фарма ЕООД	40	40,00
max 40		

24

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранчова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Некова

21. Стерилни сетове за покриване

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Прохелт ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Булмар МЛ ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Софарма Трейдинг АД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Елпак – лизинг ЕООД	0,00	#DIV/0!	10	10,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Прохелт ЕООД		#DIV/0!
Булмар МЛ ООД		#DIV/0!
Софарма Трейдинг АД		#DIV/0!
Елпак – лизинг ЕООД		#DIV/0!

min

0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Прохелт ЕООД	40	40,00
Булмар МЛ ООД	40	40,00
Софарма Трейдинг АД	40	40,00
Елпак – лизинг ЕООД	10	10,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

... Снежана Ранчова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Юбимка Минчева

.... Григор Манчев

... Ралица Гуйкова

... Дафинка Никова

22. Еднократно стерилно и нестерилно облекло

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Прохелт ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Булмар МЛ ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Софарма Трейдинг АД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Прохелт ЕООД		#DIV/0!
Булмар МЛ ООД		#DIV/0!
Софарма Трейдинг АД		#DIV/0!

min

0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Прохелт ЕООД	40	40,00
Булмар МЛ ООД	40	40,00
Софарма Трейдинг АД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

... Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

.... Григор Манчев

... Ралица Туйкова

... Дафинка Некова

24. Тупфери, ленти

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Весчко
Софарма Трейдинг АД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Софарма Трейдинг АД		#DIV/0!

min

0.00

Участник	Оценка за качество	П1
Софарма Трейдинг АД	40	40,00

max

40

П

Ч

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранчова

Даниела Бранкова

.... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

... Григор Манчев

... Ралица Туйкова

... Дафишка Некова

25. Предназани очила

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Софарма трейдинг АД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Юнимедика ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Софарма трейдинг АД		#DIV/0!
Юнимедика ЕООД		#DIV/0!

min 0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Софарма трейдинг АД	40	40,00
Юнимедика ЕООД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

1

1

Снежана Ранчова
Даниела Бранкова
..... Надя Чалъкова
Любимка Минчева
..... Григор Манчев
..... Ралица Гуйкова
Даринка Некова

26. Електроди

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Софинформпродукт - Грозданов ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Софинформпродукт - Грозданов ЕООД		#DIV/0!
Медицинска Техника Инженеринг ООД		#DIV/0!
min	0,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Софинформпродукт - Грозданов ЕООД	40	40,00
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

.. Снежана Ранцова
 Даниела Бранкова
 Надя Чалъкова
 Любимка Минчева
 Григор Манчев
 ... Ралица Гуйкова
 ... Дафинка Некова

27. Стерилизирално абсорбиращ компрес

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Прохелт ЕООД	0.00	#DIV/0!	40	40.00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Прохелт ЕООД		#DIV/0!

min

0.00

Участник	Оценка за качество	П1
Прохелт ЕООД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

... Снежана Ранчова

... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

... Григор Манчев

... Ралица Туйкова

... Дафинка Некова

28. Стерилни превръзки за периферен венозен катетър

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Венчко
Б. Браун Медикал ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!
Софарма трейдинг АД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б. Браун Медикал ЕООД		#DIV/0!
Софарма трейдинг АД		#DIV/0!

min 0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Б. Браун Медикал ЕООД	40	40,00
Софарма трейдинг АД	40	40,00

max

40

Изменено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Изменено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

- ... Снежана Ранцова
- Даниела Бранкова
- Надя Чалъкова
- Любимка Минчева
- Григор Манчев
- ... Ралица Туйкова
- ... Дафинка Пекова

29. Разни медицински консумативи

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	ДДС 0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	ДДС	#DIV/0!

min

0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранцова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

..... Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Некова

30. Специален чаршаф

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Софарма Трейдинг АД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Софарма Трейдинг АД		#DIV/0!
min		0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Софарма Трейдинг АД	40	40,00
max		40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

П,
Ч:

Снежана Ранцова
Даниела Бранкова
... Надя Чалъкова
Юбимка Минчева
... Григор Манчев
Ралица Гуйкова
Дафинка Некова

32. Устройство за дихателна гимнастика

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Венчко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	ДДС 0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	ДДС	#DIV/0!
min	0,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

... Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

.... Ралица Туйкова

с. Дафинка Пекова

33. Нестерилизи полнамилизи конци

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Венчко
Софарма Трейдинг АД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Софарма Трейдинг АД		#DIV/0!
min	0,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Софарма Трейдинг АД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

- Снежана Ранчова
- Даниела Бранкова
- Надя Чалъкова
- Любимка Минчева
- Григор Манчев
- Ралица Туйкова
- ... Дафинка Некова

34. Хемостатични гъби

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Авторент-1 ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Авторент-1 ЕООД		#DIV/0!
min 0,00		

Участник	Оценка за качество	П1
Авторент-1 ЕООД	40	40
max 40		

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранчова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

..... Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Пекова

35.

Антибактериална подложка

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Юнимедика ЕООД	0,00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Юнимедика ЕООД		#DIV/0!
min		0,00

Участник	Оценка за качество	П1
Юнимедика ЕООД	40	40,00
max		40

П1

П2

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

Надя Чалъкова

Обимка Минчева

Григор Манчев

Ралица Гуйкова

Цафинка Некова

36. Превързочни сегове и консумативни еквивалентни за вакуум система RENASYS

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Екос Медика ООД	0.00	#DIV/0!	40	40,00	#DIV/0!

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Екос Медика ООД		#DIV/0!
min 0,00		

Участник	Оценка за качество	П1
Екос Медика ООД	40	40,00
max 40		

Г Ч

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

- Снежана Ранцова
- Даниела Бранкова
- Надя Чалъкова
- Юбимка Минчева
- Григор Манчев
- Ралица Туйкова
- Дафинка Пекова

1. Консуматив еквивалентен за работа с инфузионни помпи SPACE

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медилон ЕООД	101 654,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медилон ЕООД	101 654,00	60,00

min

101 654,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медилон ЕООД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранчова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чатъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Гуйкова

..... Дифинка Пскова

2. Спринцовки

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	80 300,00	43,04	40	40,00	83,04
Софарма Трейдинг АД	57 600,00	60,00	20	20,00	80,00
Агартя ЦМ ЕООД	62 440,00	55,35	20	20,00	75,35

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	80 300,00	43,04
Софарма Трейдинг АД	57 600,00	60,00
Агартя ЦМ ЕООД	62 440,00	55,35

min

57 600,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
Софарма Трейдинг АД	20	20,00
Агартя ЦМ ЕООД	20	20,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

I

Ч

Снежана Ранчова

Даниела Бранкова

.... Надя Чалъкова

Юлианка Минчева

Григор Манчев

Ралица Туйкова

Цафника Некова

3. Игли за медицинска употреба

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	14 200,00	54,08	40	40,00	94,08
Агарта ЦМ ЕООД	12 800,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	14 200,00	54,08
Агарта ЦМ ЕООД	12 800,00	60,00
min	12 800,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
Агарта ЦМ ЕООД	40	40,00
max	40	

Пг

Чг

временно обстоителство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

временно обстоителство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

... Надя Чалъкова

Юлианка Минчева

... Григор Манчев

... Ралица Туйкова

... Дафинка Негова

4. Принадлежности за съдов достъп и трансфузия

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Венчко
Б.Браун Медикал ЕООД	602 510,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б.Браун Медикал ЕООД	602 510,00	60,00
min	602 510,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Б.Браун Медикал ЕООД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

.. Снежана Ранчова
.. Даниела Бранкова
..... Надя Чалкова
Любимка Минчева
... Григор Манчев
.. Радина Гуйкова
.. Дафинка Некова

5. Аспирационна канюла

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Б.Браун Медикал ЕООД	7 630,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б.Браун Медикал ЕООД	7 630,00	60,00
min	7 630,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Б.Браун Медикал ЕООД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранчова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

Ралица Туйкова

Дафинка Пекова

6. Стерилни ланцети

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	190,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	190,00	60,00
min	190,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

- Г
- Г
- Снежана Ранчова
- Даниела Бранкова
- Надя Чалъкова
- Любимка Минчева
- Григор Манчев
- Ралица Туйкова
- Лафинка Некова

7. Скалпели

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Юнимедика ЕООД	5 624,00	60,00	20	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Юнимедика ЕООД	5 624,00	60,00
min	5 624,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Юнимедика ЕООД	20	40,00
max	20	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

1. Снежана Ранчова
2. Даниела Бранкова
3. Надя Чалкова
4. юбимка Минчева
5. Григор Манчев
6. Ралица Туйкова
7. Дафинка Некова

8. Затворена система за измерване на урина

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Б.Браун Медикал ЕООД	35 350,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б.Браун Медикал ЕООД	35 350,00	60,00
min	35 350,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Б.Браун Медикал ЕООД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

... Снежана Ранчова
... Даниела Бранкова
... Надя Чалъкова
... Любимка Минчева
... Григор Манчев
... Ралица Туйкова
... Дафника Некова

9. Банки тип торбичка за урина

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Б.Браун Медикал ЕООД	9 000,00	38,67	40	40,00	78,67
Медицинска Техника Инженеринг ООД	8 000,00	43,50	40	40,00	83,50
Софарма Трейдинг АД	5 800,00	60,00	20	20,00	80,00
Юнимедика ЕООД	6 800,00	51,18	20	20,00	71,18
Агартя ЦМ ЕООД	7 600,00	45,79	20	20,00	65,79

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б.Браун Медикал ЕООД	9 000,00	38,67
Медицинска Техника Инженеринг ООД	8 000,00	43,50
Софарма Трейдинг АД	5 800,00	60,00
Юнимедика ЕООД	6 800,00	51,18
Агартя ЦМ ЕООД	7 600,00	45,79

min

5 800,00

Участник	Оценка за качество	П1
Б.Браун Медикал ЕООД	40	40,00
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
Софарма Трейдинг АД	20	20,00
Юнимедика ЕООД	20	20,00
Агартя ЦМ ЕООД	20	20,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

П

Ч

Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Гуйкова

..... Дафинка Некова

10. Торби за външна аспирация

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медилон ЕООД	22 440,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медилон ЕООД	22 440,00	60,00
min		22 440,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медилон ЕООД	40	40,00
max		40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

.. Снежана Ранчова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

.... Ралица Туйкова

... Дафинка Некова

11. Сетове за операционна аспирация

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Фьоникс Фарма ЕООД	88 172,40	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Фьоникс Фарма ЕООД	88 172,40	60,00
min	88 172,40	

Участник	Оценка за качество	П1
Фьоникс Фарма ЕООД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранчова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

..... Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Некова

12. Дренажи

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Венчко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	7 725,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	7 725,00	60
min		7 725,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
max		40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

.. Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Разица Туйкова

..... Дафинка Некова

13. Сонди

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	3 917,50	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	3 917,50	60,00

min

3 917,50

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

... Снежана Ранчова

 Даниела Бранкова

..... Надя Чаткова

Любимка Минчева

 Григор Манчев

... Ралица Гуйкова

... Дафинка Некова

14. Сонди специални

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	900,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	900,00	60,00

min

900,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

I

I

. Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

.... Надя Чалъкова

Юбимка Минчева

... Григор Манчев

. Ралица Туйкова

Дафинка Некова

15. Хирургически ръкавици - нестерилизи

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Б.Браун Медикал ЕООД	106 700,00	57,36	40	40,00	97,36
Химтекс ООД	108 300,00	56,51	40	40,00	96,51
Елпак – лизинг ЕООД	142 000,00	43,10	10	10,00	53,10
Юнимедика ЕООД	107 000,00	57,20	40	40,00	97,20
Агарга-ЦМ ЕООД	102 000,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Б.Браун Медикал ЕООД	106 700,00	57,36
Химтекс ООД	108 300,00	56,51
Елпак – лизинг ЕООД	142 000,00	43,10
Юнимедика ЕООД	107 000,00	57,20
Агарга-ЦМ ЕООД	102 000,00	60,00
min	102 000,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Б.Браун Медикал ЕООД	40	40,00
Химтекс ООД	40	40,00
Елпак – лизинг ЕООД	10	10,00
Юнимедика ЕООД	40	40,00
Агарга-ЦМ ЕООД	40	40,00
max	40	

П1

П2

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

... Григор Манчев

... Ралица Туйкова

... Дафинка Пекова

16. Хирургически ръкавици - стерилни

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Юнимедика ЕООД	49 470,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Юнимедика ЕООД	49 470,00	60,00

min

49 470,00

Участник	Оценка за качество	П1
Юнимедика ЕООД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

... Снежана Ранцова

... Даниела Бранкова

... Надя Чалъкова

... Любимка Минчева

... Григор Манчев

... Ралица Туйкова

... Дафинка Некова

17. Категри

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	15 665,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	15 665,00	60,00
min	15 665,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранцова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чатъкова

..... Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Гуйкова

..... Дафинка Пекова

18. Маски

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	10 470,00	49,93	40	40,00	89,93
РСР ЕООД	8 713,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	10 470,00	49,93
РСР ЕООД	8 713,00	60,00

min

8 713,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
РСР ЕООД	40	40,0

max

40

Затичено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Затичено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранчова
Даниела Бранкова
..... Надя Чалкова
Любимка Минчева
..... Григор Манчев
..... Ралица Туйкова
..... Дафинка Пекова

19. Шапки, маски, стерилни изделия

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Софарма Трейдинг АД	69 025,00	44,06	40	40,00	84,06
Юнимедика ЕООД	50 685,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Софарма Трейдинг АД	69 025,00	44,06
Юнимедика ЕООД	50 685,00	60,00
min	50 685,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Софарма Трейдинг АД	40	40,00
Юнимедика ЕООД	40	40,0
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранчова
..... Даниела Бранкова
..... Паля Чалъкова
..... Любимка Минчева
..... Григор Манчев
..... Ралица Гуйкова
..... Дафинка Некова

20. Формо за оперативни поле

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Фьоникс Фарма ЕООД	8 231,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Фьоникс Фарма ЕООД	8 231,00	60,00
min	8 231,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Фьоникс Фарма ЕООД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

Надя Чалъкова

Любимка Минчева

Григор Манчев

Ралица Гуйкова

Дафинка Некова

21. Стерилни сетове за покриване

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Прохелт ЕООД	138 120,00	32,85	40	40,00	72,85
Булмар МЛ ООД	138 171,20	32,84	40	40,00	72,84
Софарма Трейдинг АД	150 600,00	30,13	40	40,00	70,13
Елпак – лизинг ЕООД	75 628,00	60,00	10	10,00	70,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Прохелт ЕООД	138 120,00	32,85
Булмар МЛ ООД	138 171,20	32,84
Софарма Трейдинг АД	150 600,00	30,13
Елпак – лизинг ЕООД	75 628,00	60,00

min

75 628,00

Участник	Оценка за качество	П1
Прохелт ЕООД	40	40,00
Булмар МЛ ООД	40	40,00
Софарма Трейдинг АД	40	40,00
Елпак – лизинг ЕООД	10	10,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранчова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

.... Григор Манчев

... Ралица Гуйкова

Дарина Некова

22. Еднократно стерилно и нестерилно облекло

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Прохелт ЕООД	207 690,00	25,19	40	40,00	65,19
Булмар МЛ ООД	157 794,00	33,15	40	40,00	73,15
Софарма Трейдинг АД	87 180,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Прохелт ЕООД	207 690,00	25,19
Булмар МЛ ООД	157 794,00	33,15
Софарма Трейдинг АД	87 180,00	60,00
min	87 180,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Прохелт ЕООД	40	40,00
Булмар МЛ ООД	40	40,00
Софарма Трейдинг АД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

.. Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Невкова

24. Тунфери, ленти

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Венчко
Софарма Трейдинг АД	4 100,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Софарма Трейдинг АД	4 100,00	60,00
min		4 100,00

Участник	Оценка за качество	П1
Софарма Трейдинг АД	40	40,00
max		40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

П1

Ч1

Снежана Ранчова

Ианиела Бранкова

... Надя Чалъкова

Юбимка Минчева

Григор Манчев

Ралица Гуйкова

Дафинка Некова

25. Предпазни очила

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Юнимедика ЕООД	375,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Юнимедика ЕООД	375,00	60,00
min	375,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Юнимедика ЕООД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

1

1

.. Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

.. Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафринка Некова

26. Електроди

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	22 465,00	60,00	40	40,00	100,00
Софинформпродукт - Грозданов ЕООД	24 078,00	55,98	40,00	40,00	95,98

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	22 465,00	60,00
Софинформпродукт - Грозданов ЕООД	24 078,00	55,98
min	22 465,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
Софинформпродукт - Грозданов ЕООД	40	40,00
max	40	

П

Г

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Снежана Ранчова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Некова

27. Стерилен силно абсорбиращ компрес

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Прохелт ЕООД	10 350,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Прохелт ЕООД	10 350,00	60,00
min		10 350,00

Участник	Оценка за качество	П1
Прохелт ЕООД	40	40,00
max		40

Предк

Член

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

- ежана Рапчова
- иела Бранкова
- Надя Чатькова
- бимка Минчева
- Григор Манчев
- Ралица Туйкова
- Дафинка Некова

28. Стерилни превръзки за периферен венозен катетър

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Софарма трейдинг АД	10 240,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Софарма трейдинг АД	10 240,00	60,00
min	10 240,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Софарма трейдинг АД	40	40,00
max	40	

Пред

Член

ежана Ранцова

иисла Бранкова

Надя Чалъкова

обимка Минчева

Григор Манчев

Ралица Туйкова

Дафинка Некова

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

29. Разни медицински консумативи

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	43 525,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	43 525,00	60,00
min	43 525,00	

Участник	Оценка за качество	П3
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранцова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

..... Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Некова

30. Специален чаршаф

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Софарма Трейдинг АД	23 620,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Софарма Трейдинг АД	23 620,00	60,00
min		23 620,00

Участник	Оценка за качество	П1
Софарма Трейдинг АД	40	40,00
max		40

I
c

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

... Снежана Ранчова
... Даниела Бранкова
..... Надя Чалъкова
Любимка Минчева
... Григор Манчев
... Ралица Туйкова
... Дафинка Некова

32. Устройство за дихателна гимнастика

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Медицинска Техника Инженеринг ООД	6 160,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Медицинска Техника Инженеринг ООД	6 160,00	60,00
min		6 160,00

Участник	Оценка за качество	П1
Медицинска Техника Инженеринг ООД	40	40,00
max		40

71

Заявяно обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заявяно обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

I

I

.. Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

..... Дафинка Некова

33. Нестерилизи полнаמידини конци

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Софарма Трейдинг АД	5 000,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Софарма Трейдинг АД	5 000,00	60,00
min	5 000,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Софарма Трейдинг АД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

..... Снежана Ранцова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

..... Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Гуйкова

..... Лафинка Некова

34. Хемостатични гъби

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Авторент-1 ЕООД	1 420,23	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Авторент-1 ЕООД	1 420,23	60,00
min	1 420,23	

Участник	Оценка за качество	П1
Авторент-1 ЕООД	40	40,00
max	40	

I

I

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

.. Снежана Ранчова

Даниела Бранкова

..... Надя Чатъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

... Ралица Туйкова

... Дафинка Никова

35.

Антибактериална подложка

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Юнимедика ЕООД	7 600,00	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Юнимедика ЕООД	7 600,00	60,00
min	7 600,00	

Участник	Оценка за качество	П1
Юнимедика ЕООД	40	40,00
max	40	

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

.. Снежана Ранцова

Даниела Бранкова

..... Надя Чалкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

.... Ралица Туйкова

.. Дафинка Некова

36. Превързочни сетове и консумативни еквиваленти за вакуум система RENASYS

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	Точки	Оценка за качество	Точки	Всичко
Екос Медика ООД	22 669,70	60,00	40	40,00	100,00

Участник	Предложена цена в лева без ДДС	П2
Екос Медика ООД	22 669,70	60,00

min

22 669,70

Участник	Оценка за качество	П1
Екос Медика ООД	40	40,00

max

40

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

.. Снежана Ранчова

..... Даниела Бранкова

..... Надя Чалъкова

Любимка Минчева

..... Григор Манчев

..... Ралица Туйкова

... Даринка Пекова