


Б о л н и ц а
Л О З Е Н Е Ц



L O Z E N E T S
H o s p i t a l

1407 София, ул. "Козяк" No 1

тел.: (02) 9607-223 факс.: (02) 962-4771

Директор проф. д-р Любомир Спасов д.м.

Уважаеми участници,

БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“
VII-18-5/30.10.18
Дх. № 20

В отговор на постъпило писмено искане за разяснение по документацията за участие за откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Болница „Лозенец“, одобрена с Решение № VII-18-2/17.10.2018 г. с Номер в РОП: 00684-2018-0016 на основание чл.33, ал.2 от ЗОП възложителят публикува в нормативно определения срок следният отговор на поставеният въпрос:

Въпрос:

Относно обособена позиция № 21 - Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове- прави - е-PTFE:

Възможно ли е да се оферира протеза с по-голяма дължина от описанието в спецификацията и ако не е, причина ли ще е за отстраняване от съответната оферирана обособена позиция?

Отговор:

На основание чл. 100, ал.3 от ЗОП, с Решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с № VII-18-4/30.10.2018 г. е променена Техническата спецификация за обособена позиция № 21 - Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове- прави - е-PTFE.

Участникът е има право да оферира медицинско изделие с по-голяма дължина от посочената в Техническата спецификация, която е минимално допустима.

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

За Възложителя:

/Десислава Пенчева,
упълномощено лице по чл.7 от ЗОП/

Лого

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД